

Numer zapytania	Z93/1022/1
Tytuł zapytania	Kabel sygnałowy i armatura zanurzeniowa do elektrody pH - zapytanie 24
Kupiec prowadzący:	Stanek, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanek, Tomasz
Data złożenia:	2024-01-17 14:54:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-17 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-24 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-24 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dostawa :

1. KABEL SYGNAŁOWY DO ELEKTRODY pH

- Długość kabla: 20 mb
- Przyłącze: MEMOSENS
- Wykonanie: Ex II 2G

2. Armatura zanurzeniowa do elektrody pH

Typ: CPA 111-D

- Przyłącze procesowe: DN 100
- Długość zanurzeniowa: 2000 mm
- Typ elektrody: CPS-11D
- Inne: uchwyt do podwieszania

KONTAKT TECHNICZNY:

Jerzy Zbrzeski

M +48 667 650 369

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	armatura załącznik.png

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	KABEL SYGNAŁOWY DO ELEKTRODY pH		1	szt.	Armatura elektryczna
2.	Armatura zanurzeniowa do elektrody pH		2	szt.	Armatura elektryczna

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyczajowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dołączona specyfikacja techniczna
5.	Dodatkowe warunki formalne: Termin dostawy wskazany w dniach roboczych od otrzymania oficjalnego zamówienia od Zamawiającego.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie