Numer zapytania	Z90/3/1
Tytuł zapytania	Czujnik przewodności + Przetworniki (Zapytanie 123)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-09 12:22:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-09 12:22:19
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-21 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-21 12:59:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

1. **INDUKCYJNY CZUJNIK PRZEWODNOŚCI CIECZY + PRZETWORNIK**

TYP: CLS

a. Zakres pomiarowy: 10 – 35 mS/cm
b. Wykonanie materiałowe (powłoka części z kontakcem z medium): PFA
c. Długość kabla: 5 mb

PRZETWORNIK

a. Wykonanie: obudowa obiektowa
b. Napięcie zasilania: 230V
c. Wewnętrzna tabela przewodność – wskazanie wartości odpowiadającej przewodności - np. %)
d. Wskazanie: wartość chwilowa/ wartość chwilowa przewodności / temperatura medium
e. Sygnał wyjściowy: 2 x 4 ... 20 mA (pomiar przewodności, pomiar temperatury)

2. **CYFROWY PRZETWORNIK pH WRAZ Z KABLEM PRZYŁACZENIOWYM**

TYP: CML 18 + CYK20-10F9/0

a. Zasilanie: akumulator + ładowarka
b. Sygnał: standard cyfrowy (MOMOSENS)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	INDUKCYJNY CZUJNIK PRZEWODNOŚCI CIECZY + PRZETWORNIK TYP: CLS		2	szt.	Inne
2.	CYFROWY PRZETWORNIK pH WRAZ Z KABLEM PRZYŁACZENIOWYM		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie